

## Poročilo o tehnični kontroli in kalibraciji št: 352

Naročnik: Simona Žaže, s.p. EXPORT CENTER  
Mesarska cesta 10  
1000 Ljubljana

Aparat: Alcotest 6510  
Serijska številka: ARAA-0042  
Datum tehnične kontrole: 20.08.2019

### Prostor

	meritev
temperatura [°C]	25,2
relativna vlaga [%]	46

### Kalibrator

	meritev
pretok zraka [l/min]	16,3
temp.razt. [°C]	34,06

### Meritve

etanolna raztopina mg/l	meritev					normalna vrednost mg/l	povprečna vrednost mg/l	standardna deviacija	
	1	2	3	4	5			izračun	norm.
0,476	0,481	0,479	0,479	---	---	0,43±0,53	0,480	0,001	0,007
	6	7	8	9	10				
	---	---	---	---	---				

Opomba:  
Ustreznost aparata: Ustreza

Preizkus izvedel: Zavrl  
Datum izpisa: 20.08.2019  
Število strani: 1  
Dräger Slovenija d.o.o.  
Nadgoriška cesta 19  
1231 Ljubljana-Črnuče  
www.draeger.si

2